



[Fiche technique]

Aspirateur mucosité électrique portable LCSU4 LAERDAL

Réf. 303400

Dispositif d'aspiration robuste, léger et portable. Outil essentiel pour toutes vos interventions de premiers secours. Idéal pour les premiers intervenants et le personnel médical.

- Cet aspirateur de mucosité électrique LCSU 4 LAERDAL est idéal pour les professionnels des premiers secours lors des interventions d'urgence :
- Performant :
 - Aspiration puissante jusqu'à 27 l/minute.
 - Adapté à tous les patients, des nouveaux-nés aux adultes.
- Très pratique à transporter :
 - Léger : seulement 1.53 kg
 - Peu encombrant : petites dimensions (18,5 x 26,2 x 8,12 cm)
- Facile à utiliser :
 - Affichage LED gradué pour contrôle de la force d'aspiration
 - Aspirateur mucosité électrique équipé d'un régulateur de vide

Découvrez notre gamme complète d'[aspirateur de mucosité](#).

Informations complémentaires

Puissance d'aspiration : jusqu'à 27 l/min — vide 50 - 550+ mmHg

Capacité : 300 ml

Autonomie de la batterie : 45 à 60 min

Filtre intégré

Tube d'aspiration non stérile / hydrophobe

Régulateur de vide

Equippé d'un écran de contrôle Led et d'un régulateur

Caractéristiques techniques

Marque	Laerdal
Dimensions	18,5 x 26,2 x 8,12 cm
Caractéristiques produit	Capacité : 300 ml Autonomie de la batterie : 45 à 60 min Temps de charge : jusqu'à 5h Niveau sonore inférieur à 70 dB. Tube d'aspiration non stérile / hydrophobe Régulateur de vide
Composition de l'ensemble	1 batterie interne 1 adaptateur/chargeur CA/CC 1 câble CA 1 housse de transport 1 bocal 300 ml gradué tous les 50 ml équipé d'un filtre intégré et d'un tube coudé 1 manuel d'utilisation
Couleur	Jaune, Bleu, Transparent
Alimentation	Batterie rechargeable NiMH. Courant alternatif 110-240 V ou courant continu 12-28 V.
Volume	300 ml
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	1.53 kg
Autonomie	45 à 60 minutes
Garantie	2 ans (hors batterie, hors bocal)
Normes et Certification	Directive RTCA/DO-160G - section 21 catégorie M (batterie).
Indice de protection	IP 33
Entretien	Procéder à un test des dispositif après chaque remontage Test de la batterie tous les 6 à 12 mois
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	90189084
Référence fabricant (MPN)	880061
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 303401 - Bocal 300 ml pour aspirateur mucosités électrique LCSU4 Réf. 303402 - Filtre remplacement pour aspirateur mucosité électrique LCSU4 - Lot de 10 Réf. 303403 - Housse de transport pour aspirateur mucosité électrique LCSU4 300 ml Réf. 303406 - Batterie rechargeable 12V pour aspirateur de mucosités LCSU4

Photos

