[Fiche technique]

Lunettes oxygène

Réf. 278098 - 278099 - 278100

Apporte une aide respiratoire aux personnes ayant besoin d'un apport en oxygène d'urgence. Lunette à oxygène permettant une inhalation optimale d'O2 concentré par le nez.

- Lunette O2 avec tuyau anti-écrasement : assure un passage correct et continu de l'oxygène.
- Lunette oxygène en PVC transparent souple et fin pour garantir un apport d'oxygène en continu.
- Seul l'embout d'insertion du canal nasal varie en fonction de la taille du patient (nourisson, enfant ou adulte).
- Lunette à oxygène indispensable pour délivrer une FiO2 élevé.
- Débit de 1 à 4 L/mn.
- Matériel d'oxygénothérapie disponible en 3 tailles : bébé, enfant et adulte.
- Embout nasal droit en PVC.
- Se raccorde à la bouteille d'oxygène.
- Vendu à l'unité.

Quand faut-il utiliser des lunettes à oxygène ?

Matériel d'oxygénothérapie utilisé de manière générale pour les situations d'urgence. Les lunettes o2 permettent d'apporter une assistance respiratoire avec un débit de FiO2 élevé allant de 0,5 à 5l/min d'o2, soit environ entre 25 et 40% de l'apport en oxygène nécessaire. Il est important de noter que les lunettes à oxygène o2 ne conviennent pas dans les situations de détresse respiratoire aigue. Ce genre d'urgence nécessite une assistance respiratoire bien plus importante grâce à l'aide d'un masque haute concentration.

Comment faut-il utiliser des lunettes o2 ?

1. Placer les deux petits embouts dans les narines
2. Passer ensuite la tubulure derrière les deux oreilles : les tuyaux doivent faire le tour complet des oreilles pour se rejoindre en avant sous le menton
3. Régler les lunettes o2 sous le menton en vous aidant de la bague coulissante
4. Connecter les lunettes oxugène directement à l'humidificateur ou par l'intermédiaire du tuyau souple
5. Ajuster le débit d'oxygène

Précautions à prendre :

- Une personne placé sous assistance respiratoire doit faire l'objet d'une surveillance médicale en continue
- L'oxygène respiré doit obligatoirement être humidifié

- Surveiller l'émergence de muqueuses chez le patient
- Surveiller l'émergence de lésions cutanées au niveau du nez et du passage des tuyaux derrière les oreilles.

Informations complémentaires

Débit de 1 à 4 L/mn.
Embout nasal droit en PVC.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Modèle adulte Ø 4 mm x 200 cm / Modèle enfant et nourrisson Ø 6 mm x 200 cm
Couleur	Vert, Transparent
Utilisation	Usage unique
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Sous sachet individuels soudé
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 278098	Lunette oxygène - Bébé
Réf. 278099	Lunette oxygène - Enfant
Réf. 278100	Lunette oxygène - Adulte

Photos

Lunettes oxygène débit 1 à 4L minute pour oxygénothérapie

dimension Lunettes oxygène débit 1 à 4L minute adulte

Lunettes oxygène débit 1 à 4L minute enfant

Lunettes oxygène débit 1 à 4L minute nourisson